

Сводная информация - дополнительно

о предложениях Госстандарта Республики Беларусь, поступивших по окончании десятидневного срока после проведения публичного обсуждения

проекта решения Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия

Наименование проекта решения: Порядок утверждения типа средств измерений

Номер вопроса и его формулировка согласно опросному листу	Содержание ответа	Информация о лице, направившем предложение, а также способе направления предложения	Комментарий Департамента технического регулирования и аккредитации
1	2	3	4
<p>Внести изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии, пункт 1. Проект Порядка утверждения типа средств измерений, пункт 11</p>	<p>Информация в виде опросных листов не поступала</p> <p>Пункт 11: после «(СИ)», указать «к Международным единицам, приписываемым Всемирной организацией здравоохранения, к основным единицам, оцениваемым по условным шкалам.» В Документе опущено такое важное для испытаний понятие как «испытательное оборудование». Для этого оборудования должна обеспечиваться метрологическая прослеживаемость воспроизводимых величин испытаний? Дополнить п.11 «испытательным оборудованием».</p>	<p>Письмо Госстандарта Республики Беларусь от 07.05.2015 г. № 03-19/578, приложение №1</p>	<p>Отклонено. Метрологическая прослеживаемость используемых государствами-членами Евразийского экономического союза эталонов единиц величин, средств измерений, стандартных образцов и аттестованных методик измерений предусмотрена (и это изложено в части 3 Приложения №10 к Договору о Евразийском экономическом союзе) к Международной системе единиц (СИ). При использовании ВОЗ единиц Международной системы единиц (СИ), каким бы образом они не систематизировались в интересах ВОЗ, норма проекта Порядка, изложенная в пункте 11, «работает» в отношении этих единиц. Иначе ВОЗ в установленном порядке вносит в Международную систему единиц (СИ) необходимые, например, внесистемные, логарифмические, другие) единицы, и в этом случае страны, присоединившиеся к системе единиц СИ, принимают эти единицы к применению на основании соответствующих решений своих Правительств. Оснований для дополнения текста пункта 11</p>

<p>Внести изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии, пункт 1. Проект Порядка утверждения типа средств измерений, пункт 17</p>			<p>текстом в предложенной редакции в настоящее время не усматривается. Отклонено в отношении дополнения п. 11 «испытательным оборудованием». Для испытательного оборудования, в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ Р 8.568-97 ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения, применяется процедура аттестации. Учено частично. На основании того, что Порядок утверждения типа распространяется на средства измерений, применяемые в сфере законодательной метрологии, в пункте 1 проекта Порядка произведено уточнение: после слов «средств измерений» в конце первого абзаца: добавлены слова «<u>применяемых в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений</u>». В сфере законодательной метрологии уполномоченный орган действует в соответствии с национальным законодательством. Таким образом, внесение предложенных уточнений в пункте 17 представляется избыточным.</p>
<p>Внести изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии, пункт 1. Проект Порядка утверждения типа средств измерений, пункт 17</p>	<p>П.17. Изменить перечисление 2) «...утверждает рекомендуемый интервал между поверками». Вне сферы законодательной метрологии интервал между поверками (далее – МПИ) назначается самим юридическим лицом. В сфере законодательной метрологии МПИ-это вопрос национального законодательства. Предлагаем дополнить, что «для сферы законодательной метрологии, интервал между поверками выбирается в соответствии с национальным законодательством».</p>	<p>Письмо Госстандарта Республики Беларусь от 07.05.2015 г. № 03-19/578, приложение №1</p>	<p>Учено. В проекте Порядка исправлена опечатка: после слова «номера» перед словом «юридического» восстановлено <u>пропущенное слово «аттестата».</u></p>
<p>Внести изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии, пункт 1. Проект Порядка утверждения типа средств измерений</p>	<p>Разъяснить, что такое «последние цифры регистрационного номера юридического лица или (и) индивидуального предпринимателя, проводившего испытания». Это УНП, УНН, или номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории?</p>	<p>Письмо Госстандарта Республики Беларусь от 07.05.2015 г. № 03-19/578, приложение №1</p>	<p>Учено частично. Указанные процедуры осуществляются в соответствии с национальным законодательством по обеспечению единства</p>
<p>Внести изменения в решение Совета Евразийской экономической комиссии, пункт 1.</p>	<p>Необходимо подробнее прописать процедуры: - проведение повторных испытаний средств измерений;</p>	<p>Письмо Госстандарта Республики Беларусь от 07.05.2015 г. № 03-19/578, приложение №1</p>	<p>Учено частично. Указанные процедуры осуществляются в соответствии с национальным законодательством по обеспечению единства</p>

<p>Проект Порядка утверждения типа средств измерений, пункт 20</p>	<p>-прекращение действия Сертификата; - внесение изменений в Сертификат (переоформление Сертификата) с сохранением срока действия, без проведения испытаний; - продление срока действия Сертификата; - выдача нового Сертификата.</p>	<p>измерений, о чем была достигнута договоренность на заседании № 8 Подкомитета по обеспечению единства измерений 4-5 ноября 2014 году. В целях однозначности толкования упомянутой нормы в пункте 20 проекта Порядка текст, начиная со слов «в порядке» и заканчивая словом «Порядка», перемещен из абзаца 2 в абзац 1), так что пункт 20 изложен в редакции: «20. Изменение решения об утверждении типа средств измерений осуществляется уполномоченным органом государства-члена в случаях, предусмотренных национальным законодательством в области обеспечения единства измерений, при этом реализуется один или несколько следующих вариантов в порядке, установленном законодательством государства-члена по обеспечению единства измерений, не противоречащем настоящему Порядку в части требований к процедурам утверждения типа, изложенным в пунктах 5 раздела I и разделе II, и в соответствии с разделом III настоящего Порядка: проведение повторных испытаний средств измерений и утверждение типа средств измерений; прекращение действия Сертификата; внесение изменений в Сертификат (переоформление Сертификата) с сохранением срока действия, без проведения испытаний; продление срока действия Сертификата; выдача нового Сертификата.»</p>
--	---	--

Директор Департамента
технического регулирования и аккредитации

В.Б. Бойцов