



## **ООО "Люмэкс-маркетинг"**

195220, Санкт-Петербург, ул. Обручевых, д.1, литер Б  
Адрес для переписки: Бокс 1234, Санкт-Петербург, 200961  
Телефон: (812)335-03-36  
E-mail: [lumex@lumex.ru](mailto:lumex@lumex.ru) <http://www.lumex.ru>

---

№ 12/164 от 26.06.2026

Департамент технического  
регулирования и аккредитации  
Евразийской экономической  
комиссии

### **Об общественном обсуждении проекта документа**

Уважаемые коллеги!

ООО «Люмэкс-маркетинг» рассмотрело в рамках своей компетенции размещенный на Портале проектов нормативных правовых актов ЕАЭС проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 декабря 2020 г. № 177», предусматривающий внесение изменений в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, а в случае их отсутствия – национальных (государственных) стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011) и осуществления оценки соответствия объектов технического регулирования.

В перечне отсутствуют межгосударственные стандарты по определению массовой доли ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии с термическим разложением в анализаторе ртути. Предлагаемый к включению в перечень ГОСТ ISO 23674-2025 «Продукция парфюмерно-косметическая. Аналитические методы. Определение следовых количеств ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии с термическим разложением в анализаторе ртути», идентичный ISO 23674:2022, позволяет использовать только часть коммерчески доступных анализаторов ртути, а именно анализаторы ртути, в состав которых входит золотой амальгаматор (раздел 4 ГОСТ ISO 23674-2025). При этом задача определения

---

#### **НАШИ РЕКВИЗИТЫ:**

Юридический адрес: 195220, г. Санкт-Петербург, ул. Обручевых, дом 1, литер Б, помещение 1Н, комната 84.  
р/с 40702810512020648669 в Филиале «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», к/с 30101810445250000360, БИК 044525360  
ИНН: 7801472150, КПП 780401001, ОКПО: 45549798, ОГРН: 1089847242209, ОКВЭД2: 26.5, 26.60.5, 26.60.9

следовых количеств ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии с термическим разложением в анализаторе ртути успешно решается с использованием ряда анализаторов ртути, не использующих накопление на золотом амальгаматоре, таких как РА-915М (регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 59385-14), РА-915Лаб (регистрационный номер в ФИФ ОЕИ 81851-21) и методики измерений М 10-01-2014 «Методика измерений массовой доли общей ртути в парфюмерно-косметической продукции атомно-абсорбционным методом с использованием анализатора ртути РА-915М и РА-915+» (ФР.1.31.2025.50611).

Для создания условий применения всего доступного парка аналитического оборудования с целью обеспечения соблюдения требований ТР ТС 009/2011 до разработки и включения в перечень соответствующего межгосударственного стандарта предлагаем дополнить проект новой позицией (Приложение 1).

Раздел 2е «Обоснование включения в проект изменений в Перечень национальный (государственных) стандартов государств-членов и методик исследований (испытаний) и измерений» пояснительной записки предлагаем дополнить словами:

«Межгосударственные стандарты по определению следовых количеств ртути методом атомно-абсорбционной спектроскопии с термическим разложением в анализаторе ртути без накопления ртути на золотом амальгаматоре на данный момент отсутствуют».

Приложение – Предложения ООО «Люмэкс-маркетинг» – на 1 листе.

Генеральный директор



Климова И.О.

**Предложения ООО «Люмэкс-маркетинг»**

Дополнить проект изменений новой позицией:

| <b>N<br/>п/п</b> | <b>Элементы технического регламента Евразийского экономического союза</b> | <b>Обозначение и наименование стандарта, методики исследований (испытаний) и измерений</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Примечание</b>                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>         | <b>2</b>                                                                  | <b>3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b>                                                                                      |
| 34 <sup>4</sup>  | пункт 3 статьи 5                                                          | М 10-01-2014 Методика измерений массовой доли общей ртути в парфюмерно-косметической продукции атомно-абсорбционным методом с использованием анализатора ртути РА-915М и РА-915+ (свидетельство об аттестации № 107/(01.00035-2011)/2014 от 23.05.2014 г.; номер в Федеральном информационном фонде ФР.1.31.2025.50611) | Применяется до включения соответствующего межгосударственного стандарта в перечень стандартов |

Главный метролог



Каменцев М.Я.