

## СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**о предложениях, поступивших в ходе проведения публичного обсуждения проекта решения Евразийской экономической комиссии в рамках оценки регулирующего воздействия**  
(дополнительно)

Наименование проекта решения: Об утверждении Порядка организации поверки средства измерений

Номер вопроса и его формулировка согласно опросному листу	Содержание ответа	Информация о лице, заполнившем опросный лист, а также способе направления заполненного опросного листа	Комментарий департамента, ответственного за разработку проекта решения ЕЭК
1 Иные предложения к проекту решения ЕЭК и (или) информационно-аналитической справке (указывается структурный элемент – раздел, пункт, подпункт, абзац и др.).	2 Содержание направленного предложения	3 Информация о лице, направившем предложение, а также способе направления предложения	4 Информация департамента, ответственного за подготовку проекта решения ЕЭК, об учете (частичном учете) представленного предложения либо об отклонении (с обоснованием частичного учета или отклонения)
Опросные листы не направлены.			
5 К пункту 1	6 По мнению автора «Порядок не должен устанавливаться правилами организации поверки ...»	7 С.С. Голубев, заместитель Руководителя Росстандарта (письмо от 14.05.2015 г. № СГ-101-30/3452) (далее – Росстандарт)	8 Утверждение спорное. Одним из значений термина «Порядок» (словарь С.И. Ожегова) является значение «Правила, по которым совершается что-нибудь». Отклонено

К пункту 2	<p>По мнению автора необходимо внести изменения в определение понятия «обязательные метрологические требования» в соответствии с тем, что под обязательными метрологическими требованиями понимаются требования, установленные нормативными правовыми актами.</p>	Росстандарт	<p>В протоколе о проведении согласованной политики в области обеспечения единства измерений (приложение № 10 к Договору о Евразийском экономическом союзе) (далее – Протокол) отсутствует определение понятия «обязательные метрологические требования».</p> <p>Согласование документов, разрабатываемых в целях реализации Протокола осуществляется органами уполномоченными членами Евразийского экономического союза. В протоколе совещания уполномоченных органов государств-членов Евразийского экономического союза, по проектам документов, разрабатываемых в целях обеспечения проведения государствами – членами Евразийского экономического союза (далее государства-члены) согласованной политики в области обеспечения единства измерений 16-17 февраля 2015 года (протокол № 16-10/пр ) (далее – протокол совещания уполномоченных органов) отсутствует замечание по</p>
------------	---	-------------	---

				изменению понятия «обязательные метрологические требования». Отклонено.
К пункту 3	«Необходимо раскрыть понятие «...осуществляют полномочиями на выполнение поверки в соответствии с законодательством государств-члена».	Росстандарт		Указанное выражение не является понятием. Отклонено.
К пункту 4	«Убрать слова «тип, которых утвержден» т.к. имеются средства измерений не утвержденного типа, допуск для использования в сфере государственного регулирования осуществляется на основании результатов поверки.	Росстандарт		Предложение касается случаев, которые являются исключением из общего правила. В соответствии с законодательством об обеспечении единства измерений в сфере государственного регулирования применяются средства измерений утвержденного типа. Предложение требует дополнительного согласования.
К пункту 4	Привести в редакции: «Поверка осуществляется применительно к средствам измерений утвержденного типа и применяемых...»	О.А. Терегуров, первый заместитель начальника департамента технической политики ОАО «РЖД», (письмо от 3.06.2015 г. № 5116/ЦТЕХ (далее – ОАО «РЖД»).		Отклонено.
К пункту 4	После слов «...тип которого утвержден» добавить слова «одним из	И. Бобырь, заместитель председателя		Уточнение не требуется. Отклонено.


	государств-членов»	Белорусского государственного концерна по нефти и химии (письмо от 18.05.2015г. № 09-00/3005-2) (далее – Белорусский государственный концерн по нефти и химии)	
К пункту 6 и к пункту 14	Заменить слова «обязательные метрологические требования» на «метрологические требования»	Росстандарт	Предложение противоречит Протоколу.
К пункту 7	По мнению автора замечания, поверка средств измерений может осуществляться по методикам поверки, утверждаемым при утверждении типа средства измерений, но и по «методикам поверки, в формах описанных в РМГ 51-2002 «ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений»	Росстандарт	При утверждении типа средства измерений утверждается (устанавливается, принимается) и методика поверки для данного типа средства измерений. Отклонено.
К пунктам 9 и 10	Введенная классификация поверок не соответствует ФЗ-102 от 28.08.2008 г. «Об обеспечении единства измерений»	Росстандарт	Порядок не предполагает безусловное использование нормативных правовых актов и нормативных документов государств-членов. Отклонено.
К пункту 9	Дополнить средства измерений, ввозимые по импорту	Белорусский государственный концерн по нефти и химии	Средства измерений, ввозимые по импорту попадают в раздел: «поверка средств измерений при вводе в эксплуатацию».

К пункту 10	В третьем абзаце пропущено слово «внеочередная».	Росстандарт ОАО «РЖД» В.В. Назаренко Председатель Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь (письмо от 07.05.2015 г. № 03-19/578 Госстандарт Республики Беларусь).	Отклонено  Учено.
К пунктам 12 и 13	Добавить «экспертную поверку», выполняемую «при возникновении спорных вопросов по метрологическим требованиям, исправности средств измерений и пригодности их к применению» 2. Добавить поверку, выполняемую по решению «суда и прокуратуры»	1. Госстандарт Республики Беларусь 2. Росстандарт	Вопрос требует дополнительного согласования с уполномоченными органами государств-членов.
К пункту 11	Добавить слово «времени» после слова «интервалы»	Росстандарт	Учено.
К пунктам 12 и 14 – 23	По мнению автора замечаний пункт 12 является лишним, а пункты 14-23 являются прерогативой государства-члена.	Росстандарт	Предложение противоречит протоколу совещания уполномоченных органов государств-членов. Отклонено.
К пункту 13	После слов «пользователя средств измерений» добавить «по предписанию надзорного органа»	ОАО «РЖД» Белорусский государственный концерн	По согласованию с уполномоченными органами государств-членов вопросы,

			по нефти и химии	касающиеся поверки по инициативе надзорных органов в Порядке решено не включать.
К пункту 14	Дополнить или объединить с пунктом 17, о том что знак поверки наносится на средство измерений или эксплуатационную документацию.	Белорусский государственный концерн по нефти и химии	Предложение изменяет смысл. Отклонено.	
К абзацу 2 пункта 15	Вместо выражения «выдается дубликат свидетельства» написать «может быть выдан дубликат...»	Госстандарт Республики Беларусь	Предложение изменяет смысл написанного. Отклонено.	
К пункту 17	Следует уточнить формулировку, т.к. приведенная формулировка «не предусматривает обязательного оформления результатов поверки с выдачей свидетельства о поверке».	Госстандарт Республики Беларусь	Указанное в предложении имеется в пункте 14 Порядка: «Если средство измерений в результате поверки признано соответствующим обязательным метрологическим требованиям, на него оформляется свидетельство о поверке средства измерений (далее – свидетельство), по форме согласно приложению к настоящему Порядку и (или) наносится знак поверки».	
К пунктам 18 и 23	Следует: – привести единую форму заключения о несоответствии средства измерений обязательным метрологическим требованиям; – в форме свидетельства предусмотреть информацию о диапазоне измерений,	Госстандарт Республики Беларусь	На совещании решено не приводить в Порядке единую форму заключения о несоответствии средства измерений обязательным требованиям. Информация об используемых	

	<p>классе точности (погрешности), применяемых при поверке эталонах, результатах поверки;          – исключить подпись «руководителя структурного подразделения»</p>		<p>для поверки средства измерений эталонах исключен          уполномоченными органами государственного членства, т.к. имеется в методике поверки и протоколе поверки.          Обязательные требования, которые подтверждаются при поверке средства измерений указаны в описании типа средства измерений и нет необходимости указывать в свидетельстве о поверке средства измерений только некоторые из этих требований.          Лица, подписывающие свидетельство о поверке средства измерений, и их должности согласованы с уполномоченными органами государственного членства.          Отклонено.</p>
К пункту 20	Из перечисления исключить «копии свидетельств»	ОАО «РЖД»	Предложение не может быть принято. Копия выданного документа должна храниться, например, для выдачи дубликата свидетельства. Отклонено.

Заместитель директора Департамента  
 технического регулирования и  
 аккредитации



Б.М. Адилов