

СВОДКА **комментариев и предложений,** **поступивших по итогам общественного обсуждения** **проекта решения органа Евразийского экономического союза**

Наименование проекта решения: «О классификации устройства для регулирования инфузионных потоков в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

№ п/п	Комментарии и предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта решения	Позиция департамента Евразийской экономической комиссии, ответственного за подготовку проекта решения
1.	Заинтересованными лицами Обществом с ограниченной ответственностью «ТОПМЕД» (письмо от 25.06.2025 б/н), Обществом с ограниченной ответственностью «АКОНИТ» (письмо от 26.06.2025 № 097), Обществом с ограниченной ответственностью «СЛУЖБА КРОВИ» (письмо от 26.06.2025 № 26-01/25) (далее – заявители), рассмотрен разработанный Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (далее соответственно – Департамент, Комиссия) проект решения Коллегии Комиссии «О классификации устройства для регулирования инфузионных потоков в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (далее соответственно – проект решения, товар, ТН ВЭД ЕАЭС) и выражено несогласие в части классификации указанного в проекте решения товара в товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС. По мнению заявителей, устройства для регулирования направления инфузионных потоков классифицируются в товарной позиции	В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 22 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза (далее соответственно – ТК Союза, Союз) в целях единообразного применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) Комиссия принимает решения на основании обращений таможенных органов Союза. При подготовке проекта решения Департаментом рассмотрена выписка из технической документации на медицинское изделие, представленная с обращением, а также информация, размещенная в общем доступе на сайте сети Интернет некоторых производителей аналогичных изделий. В качестве примера отдельного вида товара изучены технические характеристики медицинских изделий в виде многоходовых кранов или блоков кранов из полимерного материала с удлинительной трубкой, снабженной соединителем, или без нее, регулирующих направления потоков рабочей среды,

9018 ТН ВЭД ЕАЭС», поскольку «данные устройства предназначены для инфузионной терапии, то есть для внутривенного введения медикаментозных препаратов и является одноразовым медицинским изделием», а также что «область использования устройств для регулирования инфузионных потоков отлична от той, которая указана в позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС, связана с использованием исключительно в медицинских целях, что соответствует товарам группы 90»	предназначенных для присоединения к медицинским инфузионным магистральям при инфузионной терапии, взятии проб биологических жидкостей (например, крови) и мониторинге кровяного давления инвазивным способом. В соответствии с представленной документацией «Краник многоходовой представляет собой медицинское изделие, состоящее из корпуса с коннекторами Люэр Лок: два коннектора Люэр Лок с наружной резьбой и один коннектор Люэр Лок свободного вращения с внутренней резьбой, регулятора и защитных колпачков.» «Конструктивно устройства представляют собой изделия в виде кранов (краников) или блоков кранов (краников) из полимерного материала в различном исполнении: с удлинительной трубкой или без нее, с дополнительным краником на удлинительной трубке или без него.» «Устройство предназначено для регулирования движения растворов (открытие и закрытие канала перемещения растворов, смешивание растворов, и жидких лекарственных форм) при инфузионной терапии и взятия образцов биологических жидкостей (например, крови). Дополнительно могут применяться как контрольный элемент при мониторинге кровяного давления пациента (артикулы без удлинительной трубки).» «Управляют положением затвора при помощи соединенного с ним трехлопастного регулятора. При подаче рабочей среды в кран (блок с кранами), оператор регулирует направление потока, тем самым перенаправляя его на выводы или блокируя его.» В рассматриваемом проекте решения предлагается классифицировать описанный товар в соответствии с Основным
---	---

	правилом интерпретации Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (далее – ОПИ) 1, примечанием 2 (а) к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС в товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с ОПИ 1 ТН ВЭД для юридических целей классификация товаров осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с последующими ОПИ. Согласно тексту товарной позиции 9018 ТН ВЭД ЕАЭС «Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппарата электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения» в нее включаются, в том числе системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. В соответствии с информацией на сайте производителя рассматриваемые устройства позиционируются в качестве аксессуаров для инфузионных систем и используются как принадлежности при инфузионной терапии. Части и принадлежности товаров группы 90 ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе инфузионных систем, классифицируются в соответствии с примечанием 2 к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с примечанием 2 (а) части и принадлежности, являющиеся товарами, включаемыми в одну из товарных позиций данной группы или группы 84, 85 или 91 (кроме товарной позиции 8487, 8548 или 9033), во всех случаях включаются в соответствующие товарные позиции. В 84 группе ТН ВЭД ЕАЭС для кранов (устройств для
--	---

		регулирования потока) из пластмассы, используемых во всех сферах, определена товарная позиция 8481 ТН ВЭД ЕАЭС. В данную товарную позицию включаются устройства, которые предназначены для регулирования давления или скорости потока жидкости или газа, например, краны, применяемые для установки снаружи или изнутри на трубопроводах и подобных линиях (магистралях, трубках) с целью регулирования потока различных текучих сред (жидких, вязкотекучих или газообразных). Таким образом, учитывая положения примечания 2 (а) к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС, пластмассовые краны, являющиеся частями или принадлежностями товаров 9018 ТН ВЭД ЕАЭС, классифицируются в товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС, поскольку они поименованы как самостоятельный товар в данной товарной позиции группы 84 ТН ВЭД ЕАЭС.
2.	Заинтересованным лицом Обществом с ограниченной ответственностью «Адвamedикс» (далее – заявитель), рассмотрен разработанный Департаментом проект решения Коллегии Комиссии «О классификации устройства для регулирования направления инфузионных потоков в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (далее соответственно – проект решения, товар, ТН ВЭД ЕАЭС) и выражено несогласие в части классификации указанного в проекте решения товара в товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС (письмо от 25.06.2025 № 25/3, опубликовано дважды). Заявитель утверждает, что медицинские инфузионные магистральные не являются трубопроводами товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС.	В соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 22 ТК Союза в целях единообразного применения ТН ВЭД ЕАЭС Комиссия принимает решения на основании обращений таможенных органов Союза. При подготовке проекта решения Департаментом рассмотрена выписка из технической документации на медицинское изделие, представленная с обращением, а также информация, размещенная в общем доступе на сайтах сети Интернет некоторых производителей аналогичных изделий. В качестве примера отдельного вида товара изучены технические характеристики медицинских изделий в виде многоходовых кранов или блоков кранов из полимерного материала с удлинительной трубкой, снабженной соединителем, или без нее, регулирующих направления потоков рабочей среды,

	По мнению заявителя, примечание 2(а) к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС в данном случае не применимо, и устройства для регулирования направления инфузионных потоков классифицируются в товарной позиции 9018 ТН ВЭД ЕАЭС, поскольку «устройства для регулирования направления потоков по области применения не соответствуют описанию товаров товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС и в силу ОПИ 1 не могут быть в нее отнесены. Заявителем предложено изложить проект решения в следующей редакции: «Устройство для регулирования направления инфузионных потоков, представляющее собой кран или блок кранов из полимерного материала с удлинительной трубкой, снабженной соединителем, или без нее, регулирующее направление потоков рабочей среды, предназначенное для присоединения к медицинским инфузионным магистральям при инфузионной терапии, взятии проб биологических жидкостей (например, крови) и мониторинге кровяного давления инвазивным способом.» В соответствии с представленной документацией «Краник многоходовой представляет собой медицинское изделие, состоящее из корпуса с коннекторами Люэр Лок: два коннектора Люэр Лок с наружной резьбой и один коннектор Люэр Лок свободного вращения с внутренней резьбой, регулятора и защитных колпачков.» «Конструктивно устройства представляют собой изделия в виде кранов (краников) или блоков кранов (краников) из полимерного материала в различном исполнении: с удлинительной трубкой или без нее, с дополнительным краником на удлинительной трубке или без него.» «Устройство предназначено для регулирования движения растворов (открытие и закрытие канала перемещения растворов, смешивание растворов, и жидких лекарственных форм) при инфузионной терапии и взятия образцов биологических жидкостей (например, крови). Дополнительно могут применяться как контрольный элемент при мониторинге кровяного давления пациента (артикулы без удлинительной трубки).» «Управляют положением затвора при помощи соединенного с ним трехлопастного регулятора. При подаче рабочей среды в кран (блок с кранами), оператор регулирует направление потока, тем самым перенаправляя его на выводы или блокируя его.» В рассматриваемом проекте решения предлагается классифицировать описанный товар в соответствии с ОПИ 1,	предназначенных для присоединения к медицинским инфузионным магистральям при инфузионной терапии, взятии проб биологических жидкостей (например, крови) и мониторинге кровяного давления инвазивным способом. В соответствии с представленной документацией «Краник многоходовой представляет собой медицинское изделие, состоящее из корпуса с коннекторами Люэр Лок: два коннектора Люэр Лок с наружной резьбой и один коннектор Люэр Лок свободного вращения с внутренней резьбой, регулятора и защитных колпачков.» «Конструктивно устройства представляют собой изделия в виде кранов (краников) или блоков кранов (краников) из полимерного материала в различном исполнении: с удлинительной трубкой или без нее, с дополнительным краником на удлинительной трубке или без него.» «Устройство предназначено для регулирования движения растворов (открытие и закрытие канала перемещения растворов, смешивание растворов, и жидких лекарственных форм) при инфузионной терапии и взятия образцов биологических жидкостей (например, крови). Дополнительно могут применяться как контрольный элемент при мониторинге кровяного давления пациента (артикулы без удлинительной трубки).» «Управляют положением затвора при помощи соединенного с ним трехлопастного регулятора. При подаче рабочей среды в кран (блок с кранами), оператор регулирует направление потока, тем самым перенаправляя его на выводы или блокируя его.» В рассматриваемом проекте решения предлагается классифицировать описанный товар в соответствии с ОПИ 1,
--	---	---

	примечанием 2 (а) к группе 90 ТН ВЭД в товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с ОПИ 1 для юридических целей классификация товаров осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с последующими ОПИ. Согласно тексту товарной позиции 9018 ТН ВЭД ЕАЭС «Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения» в нее включаются, в том числе системы для взятия и переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. В соответствии с информацией на сайте производителя рассматриваемые устройства позиционируются в качестве аксессуаров для инфузионных систем и используются как принадлежности при инфузионной терапии. Части и принадлежности товаров группы 90 ТН ВЭД ЕАЭС, в том числе инфузионных систем, классифицируются в соответствии с примечанием 2 к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с примечанием 2 (а) части и принадлежности, являющиеся товарами, включаемыми в одну из товарных позиций данной группы или группы 84, 85 или 91 (кроме товарной позиции 8487, 8548 или 9033), во всех случаях включаются в соответствующие товарные позиции. В 84 группе ТН ВЭД ЕАЭС для кранов (устройств для регулирования потока) из пластмассы, используемых во всех сферах, определена товарная позиция 8481 ТН ВЭД ЕАЭС.
--	--

	В данную товарную позицию включаются устройства, которые предназначены для регулирования давления или скорости потока жидкости или газа, например, краны, применяемые для установки снаружи или изнутри на трубопроводах и подобных линиях (магистралах, трубах) с целью регулирования потока различных текучих сред (жидких, вязкотекучих или газообразных). Таким образом, учитывая положения примечания 2 (а) к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС, пластмассовые краны, являющиеся частями или принадлежностями товаров 9018 ТН ВЭД ЕАЭС, классифицируются в товарной позиции 8481 ТН ВЭД ЕАЭС, поскольку они поименованы в данной товарной позиции группы 84 ТН ВЭД ЕАЭС как самостоятельный товар. Предложение заявителя не может быть принято, поскольку противоречит правилам и порядку классификации товаров, заложенных в ТН ВЭД ЕАЭС.
--	--

Заместитель директора Департамента
таможенного законодательства и
правоприменительной практики Комиссии



А.А. Титов

« »

2025 г.