

Сводка

комментариев и предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта решения органа Евразийского экономического союза

О Правилах регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории Евразийского экономического союза (наименование проекта акта Евразийской экономической комиссии)

	Комментарии и предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта решения	Позиция Департамента Евразийской экономической комиссии, ответственного за подготовку проекта решения
1	В пункте 3 Приложения № 8 к проекту Правил предлагается привести более корректные формулы/критерии аналитической чувствительности. Приведенные значения кратности проведения анализа не обоснованы (не приведены ссылки на соответствующие нормативные документы)	Принято Предложение частично учтено в пункте 3 доработанного Приложения № 8 к проекту Правил.
2	В пункте 6 Приложения № 8 к проекту Правил непонятен смысл показателя «Активность серологических средств». Приведенные значения в таблице №1 пункта 6 Приложения № 8 к проекту Правил не обоснованы, необходимо привести ссылки на нормативные документы. В данной таблице нет данных по другим методам – например, молекулярно-биологическим. Предложение - убрать таблицу из текста.	Принято Предложение учтено в доработанном Приложении № 8 к проекту Правил.

3	В пункте 8 Приложения № 8 к проекту Правил убрать крайние значения pH для компонентов диагностических систем. Они в первую очередь должны соответствовать документации к тест-системе и могут различаться в более широких пределах.	Принято Предложение учтено в доработанном Приложении № 8 к проекту Правил.
---	--	---