СВОДКА
комментариев и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения проекта решения органа Евразийского экономического союза

Проект решения Коллегии Евразийской экономической комиссии «О внесении изменений в раздел 11 главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» (далее – проект решения)

(наименование проекта решения Евразийской экономической комиссии)

№ п/п	Структурный элемент проекта решения	Информация о лице, направившем комментарии (предложения), а также о способе их направления	Содержание комментариев (предложений)	Комментарий департамента, ответственного за подготовку проекта решения
1	2	3	4	5
1.	Подраздел 9 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Департамент развития интеграции (служебная записка от 02.04.2025 № 06-5991/Э)	Исключить в первом абзаце сокращение «ЛДУ» (лучевые досмотровые установки), которое дальше по тексту не используется	**Учтено**
2.	Новая редакция Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Департамент таможенной инфраструктуры (служебная записка от 09.04.2025 № 19-6365/Э)	Отсутствие замечаний и предложений в части своей компетенции	**Учтено**
3.	Новая редакция Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Департамент технического регулирования и аккредитации (служебная записка от 03.04.2025 № 16-6044/Э)	Отсутствие замечаний и предложений	**Учтено**
4.	Подразделы 9, 10 и 11 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики (служебная записка от 09.04.2025 № 18-6366/Э)	Дополнить кодом 9022 ТН ВЭД ЕАЭС	**Учтено**
5.	Подраздел 14 новой редакции Раздела 11 главы II	Департамент таможенного законодательства и	Дополнить кодами 4410, 4411, 4412, 4413, 9401, 9402, 9403 ТН ВЭД ЕАЭС	**Учтено**

	Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	правоприменительной практики (служебная записка от 09.04.2025 № 18-6366/Э)		
6.	Подразделы 5, 8.2, и 8.3 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Департамент таможенного законодательства и правоприменительной практики (служебная записка от 09.04.2025 № 18-6366/Э)	Содержится ссылка на товарную позицию 2844 ТН ВЭД ЕАЭС. При этом в указанные подразделы не включены товары (продукция), классифицируемые кодами товарной позиции 2844 ТН ВЭД ЕАЭС. В соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС, согласно тексту товарной позиции 2844 ТН ВЭД ЕАЭС в нее включаются элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (включая делящиеся или воспроизводящиеся химические элементы и изотопы) и их соединения; смеси и остатки, содержащие эти продукты	**Учтено**
7.	Подраздел 1 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Исключить из текста первого столбца таблицы слова «, в том числе генерирующими,», так как положения таблицы касаются исключительно радионуклидных источников ионизирующего излучения (далее - ИИИ)	**Учтено**
8.	Подраздел 3 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Обосновать изменение допустимых уровней снимаемого поверхностного радиоактивного загрязнения (в действующей редакции снимаемое поверхностное радиоактивное загрязнение недопустимо, в проекте допускается 0,04 Бк/см^2 (1 част./см^2 мин) для альфа излучающих радионуклидов, 0,4 Бк/см^2 (10 част./см^2 мин) для бета излучающих радионуклидов), а также уточнить значения и единицы измерения	Соблюдение норматива «не допускается» затруднительно в связи с тем, что соответствие или несоответствие продукции указанному нормативу зависит от чувствительности прибора, которым проводятся измерения, в связи с чем необходима количественная характеристика норматива. Предлагаемые нормативы

			указанных показателей в таблицах подразделов 1 и 3	соответствуют требованиям МАГАТЭ
9.	Подраздел 3 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Откорректировать информацию о допустимых уровнях мощности дозы ионизирующего излучения радиоизотопных приборов, предназначенных для размещения в производственных помещениях, имеющих рабочие места, на расстоянии 1 м от блока источника и на расстоянии 0,1 м от блока источника (указано 100 мкЗв/ч и 3 мкЗв/ч вместо 3 мкЗв/ч и 100 мкЗв/ч соответственно), а также обосновать подход к установлению указанных допустимых значений мощности дозы ионизирующего излучения, связанный с наличием и отсутствием рабочих мест;	**Учтено**
10.	Подраздел 4 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Таблицу дополнить сведениями о допустимой плотности потока нейтронов на расстоянии 1 м для дефектоскопов с источниками нейтронного излучения	**Отклонено** Любой нейтронный источник порождает гамма излучение, в результате чего излучение получается смешанным, в связи с чем норматив относится к полному значению амбиентного эквивалента дозы
11.	Подраздел 4 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Часть восьмую изложить в следующей редакции «Конструкция стационарных дефектоскопов должна обеспечивать возможность автоматической блокировки входной двери в помещение, где размещается дефектоскоп, с механизмом перемещения ИИИ или поворота затвора дефектоскопа, для исключения возможности случайного облучения персонала при открывании входной двери, а также возможность размещения в	**Отклонено** Предлагаемая редакция содержит дополнительные требования, относящиеся не к продукции, а к помещениям

			смежном помещении пульта управления дефектоскопом, оборудованного предупредительными световыми сигналами, автоматически включающимися при проведении просвечивания, обеспечивающего защиту персонала. Блокировки входной двери, связанные с механизмом перемещения ИИИ (открытия затвора), должны исключить возможность включения дефектоскопа при незакрытой или неплотно закрытой двери, исключить возможность открывания двери при включенном дефектоскопе. Должно предусматриваться также устройство для принудительного перемещения источника излучения в положение хранения (закрытия затвора) в случае отключения энергопитания или любой другой аварии.»	
12.	Подраздел 4 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Требование абзаца двенадцатого подраздела 4 (при поставке потребителям дефектоскопы укомплектовываются необходимыми приспособлениями и запасными деталями в соответствии с перечнем, указанным в паспорте на аппарат) распространить на все ИИИ и включить в раздел 1 «Общие требования»	**Учтено**
13.	Подраздел 6 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Часть шестую подраздела 6 изложить в следующей редакции: «На поверхность блока излучателя должна наноситься четкая, устойчивая к внешним воздействиям маркировка с указанием наименования дефектоскопа, заводского номера, а также знак радиационной опасности.»	**Учтено**

14.	Подраздел 7 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Требует обоснования изменение подхода к классификации источников низкоэнергетического и неиспользуемого рентгеновского излучения и устанавливаемые допустимые уровни мощности дозы рентгеновского излучения: 3 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от любой доступной точки поверхности источника неиспользуемого рентгеновского излучения, предназначенной для работы в производственных помещениях или на открытой местности; 2,5 мкЗв/ч на расстоянии 0,1 м от любой доступной точки поверхности конструкционной защиты установки с источником низкоэнергетического рентгеновского излучения 1-ой группы (при любых возможных условиях эксплуатации которого невозможен выход прямого пучка излучения за пределы установки и при этом исключена возможность доступа в зону прямого пучка излучения при работе установки)	В установках (аппаратах) первой группы рентгеновское излучение (пучок) не выходит за пределы изделия, доступ пользователя в зону пучка отсутствует, в связи с чем устанавливается норматив мощности дозы на расстоянии 0,1 м от поверхности конструкционной защиты; в установках (аппаратах) второй группы пучок выходит на поверхность изделия, в связи с чем устанавливается требование к мощности излучения на рабочем месте
15.	пункт 8.1. подраздела 8 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Часть восьмую дополнить словом «денситометрических», изложив в следующей редакции: «Конструкция стационарных рентгенодиагностических аппаратов, кроме маммографических, дентальных, денситометрических и флюорографических, должна предусматривать возможность установки пульта управления отдельно от рентгеновского излучателя в другом помещении.»	**Учтено**

16.	пункт 8.1. подраздела 8 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Требование части второй распространить на все ИИИ и включить в подраздел 1 «Общие требования»	**Учтено**
17.	Подраздел 9 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Предусмотреть требования к рентгеновским установкам для контроля багажа и товаров (РУДБТ) 3-го типа, а также дополнить ими классификацию РУДБТ	**Отклонено** РУДБТ 3-го типа - это переносные рентгеновские дефектоскопы, требования к которым включены в подраздел 6 новой редакции раздела 11
18.	Подраздел 9 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Таблицу дополнить сведениями о допустимой плотности потока нейтронов для лучевых досмотровых установок с радионуклидными или генерирующими источниками нейтронов с максимальной энергией до 15 МэВ (НЛДУ)	**Отклонено** Любой нейтронный источник порождает гамма излучение, в результате чего излучение получается смешанным, в связи с чем норматив относится к полному значению амбиентного эквивалента дозы
19.	Подраздел 9 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Принять во внимание установленное в Республике Беларусь требование к оснащению мобильных инспекционно-досмотровых комплексов (ИДК) 1-го типа, в которых перемещение контролируемого транспортного средства при проведении контроля осуществляется его водителем, техническими средствами, исключающими возможность генерации излучения при нахождении кабины автомобиля в зоне контроля и обеспечивающими сканирование пучком излучения только грузового отсека автомобиля	**Принять к сведению, не требует внесения изменений в проект**

20.	Подраздел 9 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	В первой строке таблицы уточнить значение допустимого уровня мощности дозы рентгеновского излучения в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от поверхности установки (2,5 мЗв/ч, но, вероятно, имеется в виду 2,5 мкЗв/ч»)	**Учтено**
21.	Подраздел 10 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Слово «людей» заменить словом «человека» с учетом применяемого в дальнейшем сокращения «РСЧ»	**Учтено**
22.	Подраздел 10 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Обосновать устанавливаемый в первой строке таблицы допустимый уровень индивидуальной эффективной дозы за сканирование 0,3 мкЗв и при этом допущение в части второй раздела 10 превышения этого значения	Норматив индивидуальной эффективной дозы за сканирование 0,3 мкЗв установлен, исходя из того, что такая доза гарантированно не приведет к превышению годовой дозы в 0,3 мЗв (30 % от годовой дозы в 1 мЗв, получаемой человеком от всех техногенных ИИИ), даже при условии, что человек будет проходить сканирование несколько раз в день. Если индивидуальная эффективная доза за сканирование превышает 0,3 мкЗв, то необходимо обеспечить персональный учет дозы всех проходящих сканирование людей, чтобы годовая доза, полученная людьми в процессе неоднократного сканирования, не превысила 0,3 мЗв. Так как основная масса рентгеновских сканеров для персонального

				досмотра людей используется в поточном режиме, превышение индивидуальной эффективной дозы за сканирование 0,3 мкЗв требует дополнительного контроля полученной годовой дозы
23.	Подраздел 10 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Показатель во второй строке таблицы изложить в редакции «мощность дозы излучения на расстоянии 0,1 м от внешней поверхности дополнительного ограждения, исключающего доступ людей» (вместо установления максимального значения дозы за 1 час работы РСЧ в любой доступной точке на расстоянии 0,1 м от его внешней поверхности или внешней поверхности дополнительного ограждения, исключающего доступ людей)	**Отклонено** При работе сканера в любой точке сканирования мощность дозы непрерывно изменяется, что делает практически невозможным ее точного измерения, в связи с чем в новой редакции предложено нормировать не мощность дозы, а дозу за сканирование (максимальное значение дозы за 1 час работы РСЧ)
24.	Подраздел 11 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Исключить ошибочное упоминание источников неиспользуемого рентгеновского излучения (НИРИ)	**Отклонено** Установки с ускорителями заряженных частиц имеют высоковольтную систему электропитания, которая сама по себе является источником неиспользуемого рентгеновского излучения (НИРИ)
25.	Подраздел 12 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Уточнить указанные в таблице единицы измерения допустимых уровней снимаемого поверхностного радиоактивного загрязнения альфа и бета излучающими радионуклидами	**Отклонено** Предлагаемые единицы измерения включены в таблицу в связи с тем, что применяемые в государствах – членах Союзы приборы контроля снимают показания в разных единицах измерения

26.	Новая редакция Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Обосновать исключение подраздела 14 «Радиоактивные отходы»	**Отклонено** Перемещение радиоактивных отходов через границы государств – членов Союза регулируются национальным законодательством
27.	Приложение 11.7 «Критерии потенциальной радиационной опасности (ПРО) радионуклидных источников» к новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Расшифровать позицию «неограниченно (3)»	**Учтено**
28.	Новая редакция Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь (письмо от 18 апреля 2025 г. № 1/65/2449)	Обосновать изменения подхода к допустимой мощности дозы излучения на границе радиационно опасной зоны (1 мкЗв/ч вместо 2,5 мкЗв/ч) и переименование радиационно опасной зоны в зону ограничения доступа (по всему тексту проекта документа)	Радиационно опасной зоной является зона, в которой следует исключить нахождение людей при работе ИИИ и за пределами которой могут находиться рабочие места для персонала.
29.	Новая редакция Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	По всему тексту применять единую терминологию, термин «перевозка» заменить на термин «транспортировка»	**Учтено**
30.	Новая редакция Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	По всему тексту применять принятое в Разделе I (стр. 1) сокращение источники ионизирующего излучения (далее - ИИИ)	**Учтено**
31.	Абзац третий подраздела 5 новой редакции Раздела 11	Национальная палата предпринимателей	Изложить в редакции «Используемая для работы с ИИИ геофизическая аппаратура	**Учтено**

	главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	должна исключать возможность установки в нее и извлечения из нее ИИИ без использования специальных манипуляторов, обеспечивающих безопасное расстояние ИИИ от оператора. *(исключено слово «тела» перед словом «оператора»)*	
32.	Абзац двенадцатый подраздела 8.3 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Изложить в редакции «Гамма-терапевтические аппараты для контактного облучения должны быть оснащены системой запрета выхода ИИИ из защитного блока при неподсоединенных шлангах, интрастатах, катетерах.» *(слово «хранилища» заменить на слова «защитного блока», заменить слово «неподсоединенных» на текст «не подсоединенных»)*	**Учтено частично** Учтено в части замены слова «хранилища» на слова «защитного блока». Предложение по замене слова «неподсоединенных» на текст «не подсоединенных» предложено рассмотреть в рамках правовой экспертизы проекта
33.	Абзац второй подраздела 12 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Изложить в редакции «Металлолом, не содержащий локальных ИИИ и снимаемого поверхностного радиоактивного загрязнения, превышающего допустимые уровни, приведенные в таблице, допускается к обращению без каких-либо ограничений по радиационной безопасности.» *(исключить слово «источников» после слова «локальных»)*	**Учтено**
34.	Подраздел 2 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Дополнить общими терминами, применяемыми далее по всему тексту: Радиационная упаковка - транспортные и промышленные упаковочные комплекты, содержащие радиоактивные материалы. Груз, состоящий из одной или нескольких	**Учтено частично** Подраздел дополнен определением термина «радиационная упаковка». Отклонено предложение о дополнении подраздела 2 термином «охранная тара», так

			радиационных упаковок, называется радиационным грузом. Охранная тара - часть транспортного упаковочного комплекта, в которую помещается защитный контейнер, предохраняющая его от повреждений при нештатных ситуациях (падение, пожар, затопление и т.п.).	данный термин встречается по тексту один раз в таблице Приложения 11.4 к разделу 11 и расшифрован в сноске <**> к данной таблице
35.	Абзац четвертый подраздела 2 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Заменить текст «в условиях нормальной перевозки, так и в случае возможных транспортных аварий» на текст «при нормальных, так и при аварийных (в случае их наступления) условиях транспортировки»	**Отклонено** Данная замена предполагает аварийную транспортировку закрытых радионуклидных ИИИ и радиоактивных веществ, а не радиационную безопасность персонала и населения в случае возможных транспортных аварий
36.	Таблица подраздела 3 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Для продукции «РИП, предназначенные для размещения в производственных помещениях, имеющих рабочие места» поменять местами табличные данные норматива «мощность дозы ионизирующего излучения» и изложить в редакции: на расстоянии 1 м от блока источника - 3,0 мкЗв/ч * на расстоянии 0,1 м от блока источника - 100 мкЗв/ч *	**Учтено**
37.	Абзац седьмой подраздела 8.3 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Изложить в редакции «Конструкция аппаратов для лучевой терапии должна предусматривать возможность установки пульта управления облучения отдельно от аппарата в другом помещении, а также наличие систем блокировки и сигнализации.».	**Отклонено** Пульт управления аппарата для лучевой терапии отвечает не только за процесс облучения, и он целиком должен быть размещен отдельно от аппарата в другом помещении

			(после слов «пульта управления» дополнить словом «облучение»)	
38.	Абзац шестой подраздела 10 новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Изложить в редакции «РСЧ должно иметь блокировки, исключающие возможность включения генерации рентгеновского излучения в том числе и при снятых или неправильно установленных съемных защитных блоках (при их наличии), а также при любой неисправности РСЧ, влияющей на облучение людей.» *(дополнить первое предложение после слов «рентгеновского излучения» текстом «в том числе и»)*	**Отклонено** В такой формулировке можно трактовать требование данного предложения, как полное исключение возможности включения генерации рентгеновского излучения на рентгеновском сканере для персонального досмотра человека (РСЧ)
39.	Таблица Приложения 11.1 к новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Сноски в) и г) изложить в редакции: «в) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающим химическую формулу UF6, UO2F2 и UO2(NO3)2, как при нормальных, так и пои аварийных (в случае их наступления) условиях транспортировки. г) Эти значения применяются только к соединениям урана, принимающие химическую формулу UF3, UF4, UC14, и к шестивалентным соединениям как пои нормальных, так и при аварийных (в случае их наступления) условиях транспортировки.» *(дополнить после слова «аварийных» текстом «(в случаях их наступления)»)*	**Учтено**
40.	Таблица Приложения 11.4 к новой редакции Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» (письмо от 29.05.2025 № 06137/08)	Внести корректировку в табличные данные: для объекта загрязнения «Наружная поверхность транспортного средства и транспортного упаковочного комплекта» для вида радиоактивного загрязнения «снимаемое (нефиксированное)» норматив показателя	**Отклонено** Соблюдение норматива «не допускается» зависит от используемого метода измерения и чувствительности аппаратуры для измерения, в связи с чем предпочтительной

			«остальные альфа-излучатели» изложить в редакции «не допускается» вместо «1».	является количественная характеристика показателя, который соответствует международным рекомендациям, которые содержатся в правилах МАГАТЭ по транспортированию (Regulations for the Safe Transport of Radioactive Material No. SSR-6).
41.	Новая редакция Раздела 11 главы II Единых санитарных требований (Приложение к проекту решения)	Департамент развития предпринимательской деятельности (служебная записка от 29.04.2025 № 10-7649/Э	1. В информационно-аналитической справке о последствиях влияния проекта решения на условия ведения предпринимательской деятельности (далее – ИАС) департаментом-разработчиком отмечено, что: - в соответствии с пунктом 4.14.3 Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденных Решением Высшего евразийского экономического совета от 11 декабря 2020 г. № 12 (далее – Стратегические направления), предусмотрена актуализация санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности продукции; - пунктом 4.14.3 Плана мероприятий по реализации Стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденного Распоряжением Совета ЕЭК от 5 апреля 2021 г. № 4 (далее – План по реализации Стратегических направлений), предусмотрено внесение изменений в ЕСТ. Вместе с тем следует обратить	**Учтено**

			внимание, что пунктом 4.14.3 Стратегических направлений предусмотрена актуализация санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований безопасности продукции на основе научных исследований, в том числе анализа риска вредного воздействия на организм человека факторов среды обитания. В этой связи в ИАС представляется необходимым отразить информацию о конкретных результатах научных исследований, на основе которых проектом решения предлагается внести изменения в раздел 11 главы 2 ЕСТ. 2. Кроме того, в ИАС отмечено, что правоприменительная практика и проведенный анализ действующих требований раздела 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества» главы II ЕСТ выявили необходимость уточнения нормативов требований безопасности к продукции, являющейся источником ионизирующего излучения (далее – ИИИ), в том числе в части гармонизации с требованиями Международного агентства по атомной энергии (далее – МАГАТЭ) исключения нормативов и требований, не относящихся к продукции (требования к помещениям, условиям труда, спецодежде), исключения требований к разрешительным	

			документам и условиям допуска продукции на рынок ЕАЭС. В этой связи в ИАС полагаем целесообразным отразить информацию о конкретных требованиях МАГАТЭ, в соответствии с которыми проектом решения предлагается гармонизировать нормативы требований безопасности к продукции, являющейся источником ионизирующего излучения. Одновременно информируем, что указанные предложения сводного департамента являются предварительными и могут быть дополнены или изменены в рамках этапа итоговой оценки регулирующего воздействия.	

Директор Департамента
санитарных, фитосанитарных
и ветеринарных мер

В.А. Синкевич

«3» июля 2025 г.