

СВОДКА
комментариев и предложений,
поступивших по итогам общественного обсуждения
проекта решения органа Евразийского экономического союза

Наименование проекта решения: «О классификации мочеприемника в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза».

№ п/п	Комментарии и предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения проекта решения	Позиция департамента Евразийской экономической комиссии, ответственного за подготовку проекта решения
1.	Физическое лицо (Дмитриенко В.) рассмотрел разработанный Департаментом таможенного законодательства и правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии (далее – Комиссия) проект решения Коллегии Комиссии «О классификации мочеприемника в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза» (далее – проект Решения) и попросил разъяснить, «почему при классификации мочеприемника не принимается во внимание Примечание 2 к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС. 1. По мнению физического лица Комиссия не правильно применила Основные правила интерпретации ТН ВЭД (далее – ОПИ ТН ВЭД) в отношении рассматриваемого товара. По его мнению, поскольку мочеприемник используется только с катетерами различного типа и не может быть использован как самостоятельное изделие, то классифицировать его нужно с учетом положения примечания 2 (б) в товарной позиции 9018 ТН ВЭД ЕАЭС как «часть катетера». В качестве аргумента неверной классификации товара в товарной позиции 3926 ТН ВЭД ЕАЭС, физическое лицо обращает внимание что в отношении аналогичных изделий Коллегией Комиссии было принято Решение от 03.10.2017 № 132 «О классификации комплектующих одноразовых шприц-ручек, применяемых для подкожного введения инсулина в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической	В соответствии с пунктом 1 статьи 22 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, в целях обеспечения единообразного применения единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (далее – ТН ВЭД ЕАЭС) на основании предложений таможенных органов государств-членов Евразийского экономического союза (далее – Союз) Комиссия принимает решения о классификации отдельных видов товаров. Главной целью таких решений Комиссии о классификации отдельных видов товаров является обеспечение единых подходов при классификации одинаковых товаров на территории Союза. 1. В проекте Решения предлагается классифицировать мочеприемник в товарной позиции 3926 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с ОПИ 1 и 6 ТН ВЭД. Классификация товаров в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС осуществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примечаний к разделам или группам, и если такими текстами не предусмотрено иное, в соответствии с ОПИ ТН ВЭД. В товарную позицию 3926 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с её текстом включаются прочие изделия из пластмасс, не поименованные в товарных позициях группы 39 ТН ВЭД ЕАЭС «Изделия прочие из пластмасс и изделия из прочих материалов товарных позиций 3901 – 3914». Поскольку рассматриваемый мочеприемник изготовлен из поливинилхлорида и не поименован в

	деятельности Евразийского экономического союза».	текстах товарных позиций группы 39 ТН ВЭД ЕАЭС, то и рассматривать его классификацию следует только в «корзиночной» товарной позиции 3926 ТН ВЭД ЕАЭС, как изделия прочие из пластмасс. В товарную позицию 9018 ТН ВЭД ЕАЭС в соответствии с её текстом «Приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии или ветеринарии, включая сцинтиграфическую аппаратуру, аппаратура электромедицинская прочая и приборы для исследования зрения» включается очень широкий диапазон приборов и устройств, которые используются врачами в профессиональной медицинской практике (хирургия, стоматология, ветеринария и пр.) для постановки диагноза, профилактики или лечения болезней. Приборы данной товарной позиции могут быть изготовлены из любого материала. Учитывая, что рассматриваемый мочеприемник по своему назначению и способу применения не удовлетворяет тексту товарной позиции 9018 ТН ВЭД ЕАЭС, рассматривать его классификацию в данной товарной позиции не представляется возможным. Рассматриваемый мочеприемник является законченным готовым изделием, который предназначен для подсоединения к медицинским урологическим катетерам (товарная позиция 9018 ТН ВЭД ЕАЭС) или наружным мужским катетерам (товарная позиция 4016 ТН ВЭД ЕАЭС), поэтому классификацию его с учетом примечания 2(Б) к группе 90 ТН ВЭД ЕАЭС не представляется возможным, так как он не является частью катетера.
--	---	---

Директор Департамента
таможенного законодательства и
правоприменительной практики

Д.В. Некрасов

«6» ноября 2018 г.